



BRIGOVISION

NOx/SOx-Zusatzfilter für Messungen an Anlagen mit Verbrennungsmotor

Bei Messungen an Anlagen wie z.B. Blockheizkraftwerken belastet der dabei hohe NOx-Anteil im Abgas den CO-Sensor übermässig und führt zu einer kürzeren Lebenszeit. Für Messungen an solchen Anlagen empfehlen wir den Einsatz dieses Zusatzfilters.



Der Zusatzfilter wird einfach zwischen Filtereinheit und Gaseinlass des Messgerätes eingefügt.

Lösen Sie dazu vorsichtig den Schlauch am Auslass der Filtereinheit (das Ende mit dem Partikelfilter)



Montieren Sie den Zusatzfilter zwischen Filtereinheit und das offene Schlauchende - Fertig.

Filterverbrauch: Im Neuzustand sind die Filterkugeln violett, mit zunehmender Sättigung ändern diese ihre Farbe in dunkles Braun. Dann ist der Filter zu ersetzen.

Art.-Nr. **3325**

BRIGON Messtechnik GmbH • Ottostraße 25 • 63150 Heusenstamm • Deutschland
Tel. + 49 (0) 6104 68966-0 • E-Mail: info@brigon.de • Internet: www.brigon.de